



DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

No. EXPEDIENTE
DGAP-CCC-CP-2020-0018

11 de Mayo de 2020

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO**

**CIRCULAR No. 1**

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**PROCEDIMIENTO COMPARACION DE PRECIOS DGAP-CCC-CP-2020-0018 "Suministro e instalación de túneles desinfectantes".**

El Comité de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Aduanas les informa que, desde el viernes 1 hasta el viernes 8 de mayo 2020 recibimos las siguientes preguntas:

- 1- Me gustaría saber si solicitan 1 o 10 cantidad, ya que en el portal especifican 1 y en especificaciones técnicas veo que dicen 10.

***La cantidad solicitada son diez (10) túneles.***

- 2- Al descargar los documentos algunos estaban vacíos y nos faltan los siguientes formularios:

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)

Oferta Económica: formulario (SNCC.F.033)

***Los formularios ya se subieron al portal transaccional con la Enmienda del proceso, también pueden ser descargados en el portal de compras dominicanas <https://www.comprasdominicana.gob.do/>***

- 3- La garantía de Oferta sería del 4% del valor ofertado. Esta garantía podría ser de una aseguradora o tiene que ser de una institución financiera necesariamente?

***La Garantía de la Seriedad de la Oferta que debe presentarse en el sobre "B", correspondiente a Garantía Bancaria o Póliza de Fianza, por el monto equivalente al 1% del monto total de la oferta y con una vigencia de sesenta (60) días, puede ser obtenida a través de una aseguradora.***

4- Material de preferencia del tanque de 200 Litros?

**Polipropileno.**

5- El sistema permanecerá encendido todo el tiempo mientras pasan varias personas o deberá detenerse obligatoriamente entre una persona y otra?

**El sistema permanece encendido sin embargo tiene un sensor de movimiento que solo se activa a la entrada de la persona ,y luego procede apagarse automáticamente, 12 segundos después de que pase la última persona el mismo procede apagarse.**

6- Se incluirá canal para desinfección de suela de zapato??

**Como la intención es buscar versatilidad y ahorro, diseñamos el piso de grama sintética para que esto permita una baja absorción del producto químico la cual hace que al momento de pasar la persona de manera automática los pies se desinfecten, también colocamos luz natural en la parte de techo para conseguir que en el momento de no utilizar el túnel este se seque de inmediato.**

7- Capacidad volumétrica del dispensador de Gel. ??

**No se especificó pero puede ser a partir de 16 onzas o similar.**

8- Si este suministro cuenta con la exoneración de impuestos de aduanas y del Itebis.

Para aclarar esta duda debe utilizar los canales correspondientes de cada institución, en el caso de nuestra institución: [ayuda@aduanas.gob.do](mailto:ayuda@aduanas.gob.do)

9- Cuál es la identificación de la partida arancelaria del equipos solicitado y el porcentaje a pagar en caso sea necesario el pago de impuestos.

**Por favor enviar consulta al siguiente correo: [ayuda@aduanas.gob.do](mailto:ayuda@aduanas.gob.do)**

10- Cuál es el líquido o gas desinfectante para rociar y si debe estar incluido en el suministro, o de lo contrario se suplirá por separado.

**El químico se suministrará aparte de este proceso, pero el que se va a utilizar será amonio de cuaternario 5ta generación.**

11- Si el precio estimado es para un equipo o para los diez (10) túneles.

***El monto total incluye los 10 túneles.***



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

---

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS**

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino